

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych – nr referencyjny P/60/IW/14

Wypełniając dyspozycję art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść pytań:

Dotyczy części nr 7 - szlifierka stołowa typu BOSCH GSM lub równoważna

1. Proszę o wyjaśnienie „ziarnistość 36+60” oznacza, że wraz z urządzeniem mają być dostarczone tarcze w granicach ziarnistości od 36 do 60?
Proszę o wyjaśnienie „tarcza szlifierska, ziarnistość 36” i „tarcza szlifierska ziarnistość 60”, czy należy to rozumieć, że wraz z maszyną należy dostarczyć dwie tarcze: jedna o ziarnistości 36”, a druga o ziarnistości 60?

Odpowiedź do pytanie nr 1:

Przedmiotem dostawy jest szlifierka stołowa dwu tarczowa z 2 tarczami zamontowanymi na szlifierce. Pierwsza tarcza o ziarnistości 36” przeznaczona do szlifowania zgrubnego. Druga tarcza o ziarnistości 60” przeznaczona do szlifowania wykańczającego. Ziarnistość może być inna, ale zbliżona do opisanej umożliwiającą szlifowanie zgrubne i wykańczające – dokładne.

2. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z maszyną dwóch tarcz o jednakowej ziarnistości 36”?

Odpowiedź do pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia dwóch tarcz o jednakowej ziarnistości 36”. Patrz odpowiedź na pytanie powyżej.

Dotyczy części nr 2 - Radiotester typu 2945B lub równoważny

3. Zamawiający pisze „opcja dodatkowa”. Rozumiemy iż opcje te są wymagane obligatoryjnie. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź do pytanie nr 3:

Dodatkowo – obowiązkowo Radiotester ma mieć możliwość testowania odbiorników ILS/VOR, interfejsem GPIB i możliwością zapisywania danych pomiarowych i ustawień przyrządu na karcie pamięci.

4. Jeśli wymagane jest testowanie odbiorników ILS/VOR, to tester powinien mieć oznaczenie 2948B a nie 2945B. Tester 2948B posiada parametry identyczne jak 2945B, a także dodatkowo generator sygnałowy o mniejszych szumach fazowych oraz możliwość testowania odbiorników ILS/VOR. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poprawę w nazwie sprzętu.

Odpowiedź do pytanie nr 4:

Dopuszcza się dostawę Radiotestera typu 2948B z możliwością testowania odbiorników ILS/VOR.

Dotyczy części nr 8 – kompresor - sprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważny

5. Podany typ kompresora oznacza, że posiada on zbiornik o pojemności 200 litrów z osuszaczem zamontowanym ze sprężarką na zbiorniku. W danych technicznych podana jest pojemność zbiornika 270 litrów. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaką pojemność ma mieć zbiornik 200 czy 270

litrów oraz czy osuszacz ma być zamontowany na zbiorniku czy może być jak osobne urządzenie do sprężarki?

Odpowiedź do pytanie nr 5:

Sprężarka powinna posiadać zbiornik 270 l, z osuszaczem zamontowanym na sprężarce.

Dotyczy części nr 7 – szlifierka stołowa typu BOSCH GSM200 lub równoważna

6. *Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM200 została wycofana z oferty BOSCH i nie jest już dostępna, została zastąpiona modelem GBG8. Czy zamawiający dopuszcza szlifierkę typu BOSCH GBG8?*

Odpowiedź do pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza szlifierkę typu BOSCH GBG8 Professional lub równoważną o parametrach nie mniejszych niż w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja i dane techniczne.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie, w celu umożliwienia Wykonawcom rzetelnego przygotowania ofert, Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

- **nowy termin składania ofert: 30.09.2014 r. godz. 10:30**

- **nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2014 r. godz. 11:00.**